

# 質 疑 応 答 書

令和7年4月14日

指名業者 各位

横手市財務部契約検査課  
TEL 35-2169  
FAX 32-4655

## 【横消本総R7-2】令和7年度高度救命処置用資機材購入

このことについて、質疑がありましたので次のとおり回答します。

| 番号 | 質 疑                                                                                                                                       | 回 答                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 仕様書内訳書 1. 気道確保資器材<br>No.7～No.9<br>ウェルチアレン社からMPI社に変更でよろしいでしょうか。<br><br>No.7<br>規格が空白のところ、M-0246-89としてよいでしょうか。                              | ・No.7～9<br>MPI社の製品を同等品として認めます。<br><br>・No.7<br>M-0246-89の規格で認めます。 |
| 2  | 仕様書内訳書 1. 気道確保資器材<br>No.10ヤンカーサクシオン3447販売終了のため、代替品(同等品3448)に変更でよろしいでしょうか。                                                                 | ・No.10<br>代替品の品番は3488を同等品として認めます。                                 |
| 3  | 仕様書内訳書 1. 気道確保資器材<br>No.14～16スミスメディカル社からICUメディナル社に変更でよろしいでしょうか。                                                                           | ・No.14～16<br>品名、規格のとりの製品であれば他社の製品を同等品と認めます。                       |
| 4  | 仕様書内訳書 6. 搬送・固定用資機材<br>No.7～8 毛布／タオルケットについて、商品の入替りが早くメーカー確定ができないため、発注時の最新商品で可能でしょうか。                                                      | ・No.7～8<br>発注時の最新商品で認めます。                                         |
| 5  | 仕様書内訳書 7. 感染予防・防護用資機材<br>No.1 感染防護服 マックスガードブルゾンについて、水色上下はブルゾン上のみでよろしいでしょうか。                                                               | ・No.1<br>No.2にズボン(下衣)の指定がありますのでブルゾン(上衣)のみとなります。                   |
| 6  | 仕様書内訳書 8. 訓練用資機材<br>No.4～6の規格について、下記のように変更でよろしいでしょうか。<br>No.4 6817900ST120C → 6889500<br>No.5 6818000 → 6889600<br>No.6 6818100 → 6889600 | ・No.4<br>6889500を同等品と認めます。<br>・No.5～No.6<br>6889600を同等品と認めます。     |